



Oddělení veřejných zakázek

Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2021-000887 s názvem:

„Multifunkční křeslo koženkové“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu u 1 ks multifunkčního koženkového křesla pro I. interní kliniku - kardiologickou ve Fakultní nemocnici Olomouc. Specifikace předmětu zakázky je patrná z této výzvy k podání nabídky a přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 133 000,00 Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota pořízení a dodávky 1 ks křesla je 98 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis 1 ks křesla (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 35 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

V případě, že součástí předmětu plnění nebudou splňovat minimální technické podmínky stanovené zadávací dokumentací, bude účastník ze zadávacího řízení vyloučen. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit správnost, úplnost a pravdivost v nabídce uvedených technických specifikací, a to na náklady dodavatele. Zadavatel si v této souvislosti vyhrazuje právo na bezplatné dodání vzorků nabízeného předmětu plnění od dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. Pokud hodnotící komise vyhodnotí vzorek předmětu plnění jako nevyhovující, tak zadavatel vyzve dalšího účastníka veřejné zakázky v pořadí a stejným způsobem bude ověřovat kvalitu nabídnutého předmětu plnění.

3. Specifikace

- 1 kus multifunkčního elektricky polohovatelného křesla umožňující variabilní použití při poskytování ošetrovatelských a terapeutických zákroků u pacientů v poloze vleže i v poloze vsedě na pracovišti I. Interní kliniky - kardiologické
- Multifunkční křeslo musí mít minimální rozměr ložné plochy 60 x 210 cm
- Multifunkční křeslo musí mít elektrické konstrukční provedení
- Multifunkční křeslo musí umožnit elektrické polohování jednotlivých částí křesla



- Multifunkční křeslo musí mít nízkou nástupní výšku pro pohodlné usednutí pacienta
- Multifunkční křeslo musí mít elektricky stavitelnou výšku ložné plochy v minimálním rozmezí 55 až 90 cm
- Multifunkční křeslo musí mít elektricky ovládané polohování do pozice Trendelenburg pomocí elektropohonu (minimálně -12°)
- Multifunkční křeslo musí mít elektricky ovládané polohování do tzv. Fowlerovy polohy pomocí elektropohonu, která usnadňuje dýchání a napomáhá od bolesti
- Multifunkční křeslo musí být tvořeno ložnou plochou s minimálně třemi dělenými segmenty - zádový, sedací a nožní
- Multifunkční křeslo musí mít minimálně tři segmenty – zádový, sedací a nožní – se samostatně elektricky ovládaným polohováním pomocí elektromotorů
- Multifunkční křeslo musí mít zádový segment nastavitelný min. v rozsahu 0° až +70°
- Multifunkční křeslo musí mít ovládání pomocí ručního ovladače s přednastavenými základními funkcemi a zámek, např. Trendelenburg
- Multifunkční křeslo musí mít rychle a jednoduše mechanicky nastavitelnou stabilní polohu CPR
- Multifunkční křeslo musí mít po obou stranách ergometrickou, otočnou a nastavitelnou loketní podpěrku ruky
- Multifunkční křeslo musí mít odnímatelný stolek včetně držáku stolku
- Multifunkční křeslo musí mít kompaktní odnímatelnou opěrku nohou včetně držáku
- Multifunkční křeslo musí mít infuzní stojan včetně držáku
- Multifunkční křeslo musí mít za hlavou pacienta transportní madlo pro snadné ovládání při transportu
- Multifunkční křeslo musí mít zádový segment opatřený hlavovou opěrkou (podhlavníkem)
- Multifunkční křeslo musí mít držák role hygienického papíru
- Multifunkční křeslo musí mít minimální nosnost 180 kg
- Multifunkční křeslo musí být pojízdné, opatřeno čtyřmi kolečky o průměru minimálně 100 mm s centrální brzdou, umožňující transport i s pacientem
- Multifunkční křeslo musí mít napájení 230 V/50 Hz prostřednictvím napájecího kabelu o minimální délce 2 metry s plastovým háčkem a ekvipotenciálním spojením
- Multifunkční křeslo musí být opatřeno záložním zdrojem napájení (baterií) pro manipulaci a polohování křesla při transportu
- Multifunkční křeslo musí mít kryt podvozku pro snadné hygienické ošetřování
- Multifunkční křeslo musí být snadno omyvatelné a dezinfikovatelné běžnými dezinfekčními prostředky
- Multifunkční křeslo musí mít kvalitní, měkké, bezešvé čalounění bakteriostatickou koženkou odolávající běžné dezinfekci (barva koženky oranžová – předložení barevného vzorku v nabídce, fyzicky na vyžádání)
- Multifunkční křeslo musí mít prohlášení o shodě s certifikátem CE, ve kterém je deklarováno jako zdravotnický prostředek

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let



4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, I. interní klinika - kardiologická
Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 09/2021

5. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

6. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 13. 9. 2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále účastník vyhotoví přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění *a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu* k provedení servisu.

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku (katalogový/produktový list, návod k použití atpod.) s údaji požadovanými v zadání ke kontrole plnění parametrů
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic včetně prostého překladu do českého jazyka,
- ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého jazyka,
- ✓ certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce (zdravotnické prostředky).



9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek
- ✓ Cenová nabídka dodávky bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.
- ✓ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.
- ✓ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně léčebné péče
Fakultní nemocnice Olomouc

- Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek