

V Olomouci 9.09.2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem: „Elektrický schodolez“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8.09.2021

Dotaz č. 1

chci Vás informovat, že máte zvolen nevhodný schodolez.

Specifikace je šitá na míru (parametrem nosností 160Kg) schodolezu Liftkar PT-S, který je určen výhradně na použití v interieru a nevhodný na použití v exteriuru, např. mezi sanitou a budovou.

Použití jak v interieru, tak exteriuru umožňuje téměř totožný schodolez Liftkar PT Outdoor, který má max nosnost 150Kg, ovšem má jiná kola, vhodná právě pro obojí použití.

Cena obou schodolezů je stejná, proto je nesmysl zvolit pouze interierovou variantu.

Prosím o upřesnění, zda chcete nabídnout pouze interierovou variantu, nebo variantu pro obojí použití.

Odpověď č. 1:

Zadavatel stanovil minimální technické podmínky na základě svých zkušeností, potřeb pacientů a obsluhy, nikoliv na konkrétní výrobek.

Zadavatel trvá na nosnosti minimálně 160 kg. Zadavatel neplánuje přepravu ve venkovním prostředí, a to z dále uvedených důvodů. Pacient se při přepravě v sanitním vozidle nesmí z bezpečnostních důvodů umístit na elektrický schodolez. Schodolez není v sanitce dostatečně ukotven a v případě dopravní nehody by se mohl poranit. Pacient je tedy ve vozidle převážen na nosítkách nebo v mobilním křesle. Poté se „překládá“ na schodolez až v bytovém domě.