

V Olomouci 8.10. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
„Odsávací pumpa“

Žádost o vysvětlení ZD ze dne 6.10. 2021

Zadavatel v příloze č.4, tabulce splnění minimálních technických podmínek, v technické specifikaci stanoví na řádku č.13, že přístroj musí mít odsávací láhev minimálně s objemem 2,5 litru a dále pak na řádku č.18, že přístroj musí mít jednorázové i vícenásobně použitelné nádoby.

Současně je uveden také požadavek na řádku č.20, dodání vícenásobně použitelné nádoby.

Zařízení, které chceme zadavateli nabídnout splňuje všechny požadované parametry.
V případě odsávací láhve s obsahem 2,5 litru se jedná o nádobu pro jednorázové vaky, které jsou vybaveny vlastním neodnímatelným víčkem. Vícenásobně použitelnou
resterilizovatelnou nádobu můžeme nabídnout pouze o obsahu 2litry.

Naše dotazy tedy zní:

1. Požaduje zadavatel dodávku resterilizovatelné nádoby? Pokud ano, může uchazeč nabídnout nádobu o objemu 2,0 litru s odnímatelným, taktéž resterilizovatelným víčkem?
Nebo
2. Požaduje zadavatel jednorázové vaky o objemu 2,5l a nádobu pro jednorázové vaky stejného objemu 2,5litru?
Případně
3. Požaduje zadavatel v dodávce obě varianty, tedy dodávku jednorázových vaků 2,5litru a jejich nádoby a také vícenásobně použitelnou nádobu s víčkem o objemu 2 litry?

ODPOVĚĎ

Zadavatel požaduje vícenásobně použitelnou nádobu o objemu 2,5l pro jednorázové vaky o objemu 2,5l, která musí být součástí dodávky, zároveň zadavatel požaduje, aby přístroj umožňoval použití jak vícenásobně použitelné nádoby o objemu 2,5l pro jednorázové vaky o objemu 2,5l, tak resterilizovatelné nádoby s resterilizovatelným víčkem, která není součástí dodávky.

Příloha:

Příloha č.4 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek (verze 08102021)