



Fakultní nemocnice Olomouc vypisuje v souladu s ust. § 31 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek veřejnou zakázku malého rozsahu VZ-2021-001056 s názvem:

„Synoptofor“

1. Informace o zadavateli:

Fakultní nemocnice Olomouc, se sídlem I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO: 00098892
zastoupená: prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem FNOL
kontaktní osoba: Ing. Pavel Dočkal, tel. 588 443 138, email: pavel.dockal@fnol.cz

2. Předmět zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu k užívání, zajištění záručního a pozáručního servisu u 1 kusu synoptoforu s příslušenstvím pro Oční kliniku na oddělení dětské ortoptiky ve Fakultní nemocnici Olomouc. Specifikace předmětu zakázky je patrná z této výzvy k podání nabídky a přílohy č. 4 této výzvy k podání nabídek.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky malého rozsahu je 330 000,00 Kč bez DPH.

Z toho:

Předpokládaná hodnota pořízení a dodávky přístroje je 260 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Předpokládaná hodnota za pozáruční servis (pravidelné servisní náklady, modelové servisní náklady na dobu 8 let a náklady na případnou další instruktáž) je 70 000,00 Kč bez DPH a je stanovena jako maximální a nepřekročitelná hodnota nabídkové ceny.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.

3. Specifikace

- Přístroj k hodnocení binokulárního vidění (oběma očima zároveň), objektivního a subjektivního úhlu odchylky, ARS (abnormální korespondence sítnice), diagnostice, sledování onemocnění a poruch na sítnici u dětských pacientů
- Přístroj pro diagnostické a terapeutické účely poruch svalů okohybného systému
- Přístroj pro vytváření následného obrazu
- Přístroj musí mít nastavení parametru PD (pupilární distance) v minimálním rozsahu 45 - 75 mm
- Přístroj musí disponovat integrovaným zdrojem osvětlení s výkonem min. 2 x 6V pomocí halogenových žárovek (min. 1 x 6V pro osvit diapozitivů, min. 1 x 6V pro osvit Haidingerových svazků)
- Přístroj musí mít funkci pro automatické i manuální nastavení záblesků. Ovládání pomocí tlačítek umístěných na ovládacím panelu (pravá strana, levá strana, současně)
- Součástí přístroje musí být Haidingerovy svazky (včetně potřebné kabeláže)
- Přístroj musí být dodán se sérií diapozitivů (min. 12 párů dle výběru uživatele) pro vyšetřování fúze, simultánní vnímání, stereoskopické vidění
- Součástí přístroje musí být vyhazovače diapozitivů a pomocné držáky čoček



- Součástí přístroje musí být nastavitelná opěrka brady a čela v min. rozsahu 75 -130 mm
- Součástí přístroje musí být boční ukazatel (měřítka hodnot)
- Přístroj musí být napájen 230 V/50 Hz přírodním kabelem s délkou minimálně 3 metry
- Hmotnost přístroje musí být max. 20 kg

Měření a testy

- Měření úhlu alfa
- Měření objektivního úhlu
- Subjektivní úhel a abnormální odezva sítnice
- Retinální korespondence sítnic
- Test binokulárních funkcí
- Měření šířky fúze
- Test splývání obrazu (pohyby do stran, ortoptické cvičení)
- Horizontální a vertikální úhel konvergence a divergence
- Heterotrofie (cyklotrofie, hyperforie, hypofyrie, exefrie, apod.)
- Stimulace obou očí zároveň, nebo každého oka zvlášť

Součást dodávky

- Součástí dodávky musí být se série diapozitivů (min. 12 párů dle výběru uživatele) pro vyšetřování fúze, simultánní vnímání, stereoskopické vidění. *Dodavatel v rámci nabídky doloží nabídku možných diapozitivů.*
- Součástí přístroje musí být mobilní stůl s minimálně dvěma brzditelnými kolečky s elektrickým nastavením výšky stolu. Stůl musí být napájen 230 V/50 Hz přírodním kabelem s délkou minimálně 3 metry
- Stůl musí být elektricky výškově nastavitelný v minimálním rozsahu 70 - 85 cm (výška horní desky od podlahy)
- Deska stolu musí mít minimální velikost 60 cm x 40 cm
- Stůl se ovládá tlačítky ze strany uživatele
- Nosnost stolu min. 20 kg

Pravidelné prohlídky, servis a instruktáž

- Zajištění pravidelných předepsaných kontrol, revizí a validací minimálně dle doporučení výrobce a v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje) po dobu záruky zdarma
- Zaškolení personálu v rámci návodu k použití zdarma v souladu se zákony 89/2021 Sb. (zdravotnické prostředky), 268/2014 Sb. (IVD) a 22/1997 Sb. (ostatní přístroje)
- Zajištění autorizované servisní podpory a náhradních dílů po celou dobu předpokládané životnosti přístroje

Obecné požadavky

- Délka záruky minimálně 24 měsíců
- Životnost přístroje minimálně 8 let

4. Místo a doba plnění

Místo plnění: Fakultní nemocnice Olomouc, Oční klinika

Předpokládaný termín podpisu smlouvy: 11/2021

5. Podání nabídek

Každý účastník je oprávněn podat pouze jednu nabídku, varianty nabídek nejsou přípustné.

Lhůta pro podání nabídek končí dnem 21. 10. 2021 v 10 hodin.

Nabídka musí být podána elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele:

(www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profil/fnol).

Podrobné informace o podání nabídek jsou uvedeny v příloze č. 5 – Informace k podání nabídek v elektronické podobě.



6. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH.

Nabídková cena bude tvořena součtem nákladů na pořízení a servisních nákladů. Hodnotit se bude nabídková cena z vyplněného krycího listu nabídkové ceny, který tvoří přílohu č. 1 této výzvy k podání nabídek.

7. Obchodní podmínky a návrh smlouvy

Zadavatel stanovil pro plnění předmětu veřejné zakázky obchodní podmínky formou závazného textu kupní smlouvy, který je uveden v příloze č. 2 této výzvy a závazného návrhu smlouvy o provádění komplexních servisních služeb, který je uveden v příloze č. 3 této výzvy.

Uchazeč doplní do textu smluv pouze údaje určené k doplnění a tytéž smlouvy vrátí jako součást nabídky zadavateli.

Dále také uchazeč vyhotoví přílohu č. 1 ke smlouvě kupní a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb, jež bude obsahovat technické specifikace předmětu plnění *a ke smlouvě o provádění komplexních servisních služeb Přílohu č. 2 - Seznam spotřebního materiálu k provedení servisu.*

Návrhy smlouvy musí být podepsány statutárním orgánem uchazeče v souladu s oprávněním jednat jménem uchazeče uvedeným v obchodním rejstříku popř. jiné evidenci, ve které je uchazeč zapsán.

Změny ve smlouvách bude zadavatel považovat za porušení podmínek zadávacího řízení. V takovém případě nebude nabídka uchazeče hodnocena.

8. Nabídka v českém jazyce musí obsahovat

- ✓ vyplněnou přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny,
- ✓ návrh kupní smlouvy v závazné podobě dle přílohy č. 2 této výzvy,
- ✓ návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb v závazné podobě dle přílohy č. 3 této výzvy,
- ✓ vyplněnou tabulku v příloze č. 4 – Splnění minimálních technických podmínek,
- ✓ technickou specifikaci výrobku (katalogový/produktový list, návod k použití atpod.) s údaji požadovanými v zadání ke kontrole plnění parametrů
- ✓ nabídka možných diapozitivů k výběru
- ✓ ES prohlášení o shodě (EC Declaration of conformity) dle příslušných ES směrnic včetně prostého překladu do českého jazyka,
- ✓ certifikát servisního technika vystavený výrobcem včetně prostého překladu do českého jazyka,
- ✓ certifikát školitele vystavený výrobcem včetně prostého překladu v českém jazyce (zdravotnické prostředky).

9. Ostatní podmínky

- ✓ zadavatel si vyhrazuje právo zadání zakázky do uzavření smlouvy zrušit bez uvedení důvodu
- ✓ zadávací řízení se neřídí ustanovením zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění, kromě ustanovení § 6 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek
- ✓ Cenová nabídka dodávky bude konečná, bude zahrnovat veškeré náklady včetně kompletace, dopravy, uvedení do provozu, likvidace obalového odpadu, bezplatnou instruktáž.
- ✓ Veškerá komunikace v rámci zadávacího řízení probíhá v českém jazyce. V případě komunikace v jiném jazyce musí být překlad do českého jazyka její součástí. V případě nesouladu znění českého a cizojazyčného textu se bere za směrodatný text v českém jazyce.



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLMOUC

- ✓ Nabídka musí být zpracována a podána v českém jazyce. Cizojazyčné doklady musí být předloženy spolu s prostým překladem do českého jazyka. Výjimku tvoří doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce, které mohou být bez překladu. Výjimku dále tvoří technická dokumentace (prospekty, katalogové listy apod.), které zadavatel může akceptovat také v anglickém jazyce.

.....
MUDr. Eleni Mikušková
náměstkyně lékařské péče

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®
I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Přílohy: Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy o provádění komplexních servisních služeb
Příloha č. 4 - Splnění minimálních technických podmínek
Příloha č. 5 - Informace k elektronickému podání nabídek