

V Olomouci 21. 10. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu VZ-2021-000910 - „Aktivní antidekubitní matrace pro pacienty s vyšší hmotností“.

Žádost o vysvětlení ZD ze dne 20. 10. 2021.

V zadávací dokumentaci v minimálních technických požadavcích požadujete:

1. aktivní antidekubitní matrace musí mít funkci CPR pomocí konektoru přímo u kompresoru, nikoliv na těle matrace
2. aktivní antidekubitní matrace musí mít pulzní (pro snížení špičkových tlaků v matraci) a střídavý režim

DOTAZ 1

Budete akceptovat nabídku s produktem, kterého kompresor sám o sobě snižuje špičkové tlaky v matraci a tedy nemusí mít tzv. pulzní režim?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel bude akceptovat jiné technické řešení, které pro dosažení stejné poskytované kvality péče nevyžaduje pulzní režim.

DOTAZ 2

Budete akceptovat nabídku s produktem, který má CPR konektor na těle matrace, lze však funkci CPR - rychlého vypuštění matrace kombinovat nejen otočením CPR konektoru, ale také vytažením konektoru z kompresoru. Nebo k funkci CPR jen použít vytažení konektoru z kompresoru?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel bude akceptovat jiné technické řešení, které pro dosažení stejného účelu - vypuštění matrace - při poskytnutí CPR splní požadavky zadání.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 27.10.2021 do 10 hod.