

V Olomouci 27.10 2021

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Balónek extrakční trojlumenný II“

---

**Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 25.10.2021**

**Dotaz:**

ve veřejné zakázce s názvem „Balónek extrakční trojlumenný II“ zadavatel požaduje v technické specifikaci velikosti balónek minimálně od 9 mm do 18 mm. V rámci VZ bychom rádi nabídli jednorázové sterilní extrakční balonky ve velikostech od 9 mm do 16 mm. Bude zadavatel akceptovat velikosti balónek od 9 mm do 16 mm?

**Odpověď:**

Zadavatel si na základě doposud používaného sortimentu velikostí trvá na dodávkách balonků v rozměrové škále od 9 mm do 18 mm.