

V Olomouci 1.11. 2021

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem „Antidekubitní pasivní matrace“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27.10.2021

Dotaz:

V zadávací dokumentaci v minimálních technických podmínkách požadujete:

443 ks antidekubitních pasivních matrací s jádrem z PUR pěny s minimální hustotou 43 kg/m³ s okraji z PUR pěny o vyšší hustotě.

Budete prosím akceptovat nabídku, která má hustotu jádra vyšší než je Vámi požadovaná hustota, ovšem s okraji o hustotě 40 kg/m³? Dle vyjádření výrobce je rozdíl mezi hustotou pěny 43 a 40 kg/m³ pro uživatele nerozeznatelný. Matrace je navržena tak, aby její materiál a design splňoval nejnáročnější požadavky pacientů a personálu a zajišťoval maximální pohodlí, jak pro pacienta, tak pro ošetřující personál. Na pěnu matrace je poskytnuta záruka 8 let.

Odpověď:

Zadavatel trvá na dodržení minimálních technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Hustota pěny na okrajích je požadována vyšší než v jádru z důvodu lepší podpory pacienta při vstávání a ochrany pacienta při polohování.