

V Olomouci 5.11. 2021

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce s názvem „Antidekubitní pasivní matrace“

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4. 11. 2021

**Dotaz 1:**

na likvidaci původních matrací dodavatelem trváte ?

**Odpověď 1:**

Zadavatel na ekologické likvidaci nahrazovaných (původních) matrací dodavatelem trvá.

---

**Dotaz 2:**

Dále bych jen upozornil na nesrovnalost v zadávací dokumentaci. Máte zde uvedené že min hustota pěny je 43 Kg / m<sup>3</sup> a boky s vyšší hustotou.

Hustota pěny neurčuje tuhost materiálu, pěny jsou označeny např N3050 ( 30 Kg/m<sup>3</sup> a vztlak 5,0 Kpa ), z tohoto vyplývá, že pokud budou boky z pěny N5030 například. Bude splněn požadavek, ale boky budou nefunkční a měkké jelikož vztlak je 3,0 Kpa. Navíc boky by měli být z PUR materiálu, který je obecně pevnější a pro vstávání a oporu má lepší vlastnosti.

**Odpověď 2:**

Zadavatel na dodržení minimálních technických podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a na na předchozím vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 trvá.

Vyšší hustota než 43 kg/m<sup>3</sup> po okrajích matrace z důvodu zpevnění okrajů matrace oproti centrální ložné části požadována z důvodu, aby ležící pacienty matrace sváděla ke středu a znesnadňovala jim přepadnutí a zároveň jim v případě sedu na kraji lůžka (např. při jídle) poskytovala větší podporu.