

V Olomouci 19.1.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2022-000051 - Respirátory FFP2 bez výdechového ventilu

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.1.2022.

DOTAZ:

pri požiadavke: "musí splňovat normy CE – EN 14683:2014, EN 149:2001+A1:2009, KN95", bude obstarávateľ akceptovať splnenie jednej z uvedených noriem, alebo musia byť splnené všetky normy súčasne?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel požaduje splnění normy EN 149:2001+A1:2009.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je opravená Příloha č. 3 - Splnění minimálních technických podmínek

Přílohy:

Příloha č. 3 - Splnění minimálních technických podmínek(190122)