

V Olomouci 14.6.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2022-000581 - 8. Injektory jednorázové endoskopické**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14. 6. 2022

Dotaz.č.1:

Ve veřejné zakázce VZMR VZ-2022-000581 s názvem „Injektory jednorázové endoskopické“ zadavatel požaduje v technické specifikaci vnější průměr jehly min. 23G (0,6mm), 25G (0,5mm), 26G (0,4mm).

V rámci VZ bychom rádi nabídli injektory s průměrem jehly v rozmezí 21 – 25G. Bude zadavatel akceptovat tyto varianty a velikosti?

Odpověď 1:

Zadavatel si na původních rozměrech včetně 26G jehly trvá. Má ze všech dostupných jehel nejužší průměr, při endoskopické submukosní disekci a endoskopické slizniční resekci lézí v tlustém střevě vytváří do sliznice nejmenší otvor a tím vede i k nejmenšímu úniku submukosního podpichu.

Dotaz.č.2:

Ve veřejné zakázce VZMR VZ-2022-000581 s názvem „Injektory jednorázové endoskopické“ zadavatel požaduje v technické specifikaci výbornou schopnost průniku díky natřikrát zkosené špičce.

V rámci VZ bychom rádi nabídli injektory s výbornou schopností průniku díky nadvakrát zkosené špičce. Bude zadavatel akceptovat injektor s nadvakrát zkosenou špičkou?

Odpověď 2:

Zadavatel bude akceptovat nabídku s injektory s nadvakrát zkosenou špičkou.