



V Olomouci 21.6.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2022-000639 - Systém detekční - gama sonda.**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 17.6.2022

DOTAZ 1

v technický parametrech řádek č. 20 zadavatel požaduje opakovaně použitelnou rovnou sondu s bezdrátovým přenosem dat s průměrem apertury detektoru 12-14 mm. Bude zadavatel akceptovat i rozměr 15mm?

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel trvá na průměru apertury detektoru 12-14 mm z důvodu menšího řezu, rychlejšího hojení rány a lepší rekonvalescence při vyšetření např. uzlin v podpaží pacientky.

DOTAZ 2

Dále v řádku č. 21 je požadován "Součást dodávky je stojan pro systém s antistatickými brzditelnými kolečky a s košíkem pro sondu"

Je tento požadavek podmínkou v účasti v této nabídce? Bude zadavatel akceptovat i nabídku bez stojanu?

ODPOVĚĎ 2

Stojan pro systém s antistatickými brzditelnými kolečky a s košíkem pro sondu musí být součástí dodávky. Nabídka bez stojanu nebude akceptována.