

V Olomouci 20.6.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2022-000643 - Elektrochirurgické generátory
VZ-2022-000643-01 část I - 2 ks elektrochirurgického generátoru pro COSS a I.IK(OS)**

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 20.6.2022.

Dotaz 1:

Zadavatel uvádí v příloze č. 3 ZD – Tabulka splnění minimálních technických podmínek ve výčtu technických parametrů mimo jiné požadavek: „Generátor musí v případě poruchy opticky i akusticky alarmovat. Alarmy musí být doplněny textovým uvedením typu závady na obrazovce generátoru spolu s návrhem řešení nastalé závady v českém jazyce“

Uchazeč může nabídnout systém, který označí závadu číselným kódem s uvedením řešení závady v textové podobě v návodu k použití.

Bude zadavatel akceptovat označení závady číselným kódem a návrh řešení závady v textové podobě v návodu k použití?

Odpověď 1:

Zadavatel trvá na původním požadavku: Generátor musí v případě poruchy opticky i akusticky alarmovat. Alarmy musí být doplněny textovým uvedením typu závady na obrazovce generátoru spolu s návrhem řešení nastalé závady v českém jazyce z důvodu rychlého vyřešení nastalého problému přímo na operačním sále při výkonu.

Poznámka: návod není z hygienických důvodů umístěn u přístroje na operačním sále.

Dotaz 2:

Zadavatel uvádí v příloze č. 3 ZD – Tabulka splnění minimálních technických podmínek ve výčtu technických parametrů mimo jiné požadavek: „K přístroji musí být minimálně 10ks neutrálních (zpětných) elektrod“

Uchazeč k nabízenému systému disponuje pouze opakovatelně použitelnou zpětnou elektrodou s životností 2 roky, která je dodávána jako samostatný komponent.

Bude zadavatel nabídku systému s dodáním opakovatelně použitelné zpětné elektrody místo jednorázových neutrálních elektrod?

Odpověď 2:

Zadavatel trvá na původním požadavku z důvodu používání zařízení na operačních sálech, kde se jednorázové neutrální elektrody standardně využívají.