

V Olomouci 11.7.2022

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
I. P. Pavlova 185/6  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce**  
VZ-2022-000704 - Hlubokomrazící box

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8.7. 2022.

**DOTAZ:**

V příloze č. 4 uvádíte požadavek maximální objem přístroje 110 litrů z důvodu instalačního prostoru a s tím související max. šířka přístroje 120 cm. Bude zadavatel akceptovat přístroj s objemem 120 litrů a šířkou 109,2 cm? Max. instalační prostor bude zachován a zároveň přístroj bude disponovat větším objemem.

**ODOPOVĚĎ:**

Zadavatel vyhovuje požadavku tazatele a upravuje parametry v Příloze č. 4 Tabulka splnění minimálních technických podmínek tak, aby mohl být nabídnut také předmět plnění uvedený v dotazu.

Dále nad rámec dotazu zadavatel upřesňuje parametr uvedený v příloze č. 4 „Přístroj musí být skříňového typu, musí mít šířku maximálně 120 cm ( $\pm 2\%$ ) z důvodu instalačního prostoru, na transportní trase je dveřní otvor o rozměrech V x Š - 195 x 90cm“, na maximální šířku přístroje 120 cm.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD. Č. 1 je se zpracovanými změnami upravená Příloha č. 4 Tabulka splnění minimálních technických podmínek (110722)

---

**Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 14.7. 2022 do 10 hodin.**

**Seznam příloh:**

Příloha č. 4 Tabulka splnění minimálních technických podmínek (110722)