

V Olomouci 18.7.2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce
VZ-2022-000720 – Katetry Fogarty

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14.7. 2022.

DOTAZ:

1. prosím neudělal zadavatel technickou chybu v zadání, kdy poptává stejné katetry? Máme za to, že se jedná o dvě různé délky a to 40 a 80 cm .

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 10 Fr x 80 cm, prům. balónku 20 mm, 0,9 % NaCl 4,5 ml EM1040

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 10 Fr x 80 cm, prům. balónku 20 mm, 0,9 % NaCl 4,5 ml EM1080

2. Bude zadavatel akceptovat v zadání minimální technické požadavky - v části I . :

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 6 Fr x 40 cm, prům. balónku 12 mm, 0,9 % NaCl 2,0 ml

- u této položky nabízíme balónek o průměru - 11 mm

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 7 Fr x 80 cm, prům. balónku 12 mm, 0,9 % NaCl 2,5 ml

- u této položky nabízíme balónek o průměru 13 mm .

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 10 Fr x 80 cm, prům. balónku 20 mm, 0,9 % NaCl 4,5 ml

- u této položky nabízíme balónek o průměru 19 mm .

Velikostně se jedná o velmi nepatrné rozdíly , které nemají vliv na terapeutické vlastnosti produktu.

3. v tabulce minimálních technických parametrů se domníváme, že došlo k technické chybě - položka fogartyho katetr, který zasílám níže, v textu je rozměr 4 F , ale podle katalogového čísla a rozměru by mělo být 5 F (EM540) . Zadavatel zřejmě přehlédl při zadávání rozměrů.

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 4 Fr x 40 cm, prům. balónku 10 mm, 0,9 % NaCl 1,5 ml EM540

ODOPOVĚĎ:

Dotaz 1. a 3.

Zadavatel souhlasí s upozorněním účastníka a konstatuje, že v příloze číslo 4 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek **pro část I.** a v příloze č. 2 – Cenové ujednání **pro část I.** udělal administrativní chybu a u zmíněných katalogových čísel uvedl nesprávné rozměry.

- u katalogového čísla EM1040 má být správně uvedeno - Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 10 Fr x **40 cm**, prům. balónku 20 mm, 0,9 % NaCl 4,5 ml.

- U katalogového čísla EM540 má být správně uvedeno - Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, **5 Fr** x 40 cm, prům. balónku 10 mm, 0,9 % NaCl 1,5 ml;

Dotaz 2.

Zadavatel připouští nabídku, ve které uchazeč nabídne katetry následovně:

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 6 Fr x 40 cm, prům. balónku 12 mm, 0,9 % NaCl 2,0 ml - zadavatel připouští nabídku s balónkem o průměru - 11 mm

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 7 Fr x 80 cm, prům. balónku 12 mm, 0,9 % NaCl 2,5 ml - zadavatel připouští nabídku s balónkem o průměru 13 mm

Katetr fogarty arteriální embolektomický 1 lumen, 10 Fr x 80 cm, prům. balónku 20 mm, 0,9 % NaCl 4,5 ml - zadavatel připouští nabídku s balónkem o průměru 19 mm

Nedílnou součástí vysvětlení ZD. Č. 2 je se zpracovanými změnami upravená Příloha č. 4 Tabulka splnění minimálních technických podmínek pro část I,II (180722) a příloha č. 2 Cenové ujednání pro část I,II (180722)

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 26.7. 2022 do 10 hodin

Seznam příloh:

Příloha č. 4 Tabulka splnění minimálních technických podmínek pro část I,II (180722)

Příloha č. 2 Cenové ujednání pro část I,II (180722)