

V Olomouci 7. 10. 2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2022-001053 - Úpravna vody – část II

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 7. 10. 2022

Dotaz:

tímto Vás žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k VZ s názvem "Úpravna vody", část 2.
Náš dotaz zní následovně:

V příloze zadávací dokumentace, v tabulce splnění minimálních technických podmínek pro část 2 VZ, je uveden požadavek, že přístroj musí mít plně automatický provoz. Může zadavatel upřesnit tento požadavek? Požaduje zadavatel zásobník vody?.

Odpověď:

Zadavatel plně automatickým provozem myslí především to, že úpravna si bude sama dávkovat požadované množství vody z primární úpravní vody, viz. foto v příloze č. 2 – Tabulka splnění minimálních technických podmínek – pro část II, bez zásahu uživatele. Zadavatel samozřejmě počítá s pravidelnou údržbou úpravní, kterou musí provést sám uživatel nebo servisní technik (výměna filtrů atd...).

Zadavatel nepožaduje zásobník pro ultračistou vodu.