

V Olomouci 24. 10. 2022

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2022-001130 - Sfinkterotom trojlumenný, rotační

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 21. 10. 2022

Dotaz:

Zadavatel v tabulce splnění minimálních technických podmínek uvádí, že sfinkterotom má být „s indikátorem rotace na integrované rukojeti“. Chceme požádat o vysvětlení, co konkrétně je tímto „indikátorem rotace“ myšleno? Sfinkterotom, který máme zájem v rámci této zakázky nabídnout je rotační s integrovanou rukojetí. Domníváme se, že úroveň rotace / napolohování distální části sfinkterotomu lze plně kontrolovat vizuálně v rámci endoskopického obrazu. Poptávku po indikátoru rotace na rukojeti sfinkterotomu jsme dosud nezaznamenali ani na jiných pracovištích. Akceptuje zadavatel, nabídne-li uchazeč rotační sfinkterotom s integrovanou rukojetí, která je bez indikátoru rotace?

Odpověď:

Zadavatel trvá na podmínkách uvedených v zadávací dokumentaci. Jednoznačná vizuální kontrola rotace na rukojeti sfinkterotomu se na výukovém pracovišti v praxi osvědčila.