

V Olomouci 10. 1. 2023

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2023-000017 – Centrifuga

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9. 1. 2023

1. Dotaz:

Dobrý den,
v rámci návrhu servisní smlouvy, resp. čl. VI požadujete doplnění cen jednotlivých servisních zásahů. U odstředivky standardně provádíme BTK (které jsou doporučovány provádět 1x za dva roky, nikoli však výrobcem nařízeny), v případě poruchy pak potřebný servisní zásah, k tomu dále bývají účtovány cestovní náklady (čas strávený na cestě a cesta samotná). Další periodické kontroly nejsou u odstředivky vyžadovány. Je možné tedy ponechat tato políčka v návrhu smlouvy nevyplněna? Nebo je z Vaší strany požadována pravidelná servisní kontrola a je tedy nutné nacenit veškeré servisní zásahy?

Odpověď:

Doplňte pouze servisní zásahy, které jsou vyžadovány výrobcem nebo platnou legislativou. Pokud se tedy standardně provádí pouze BTK vč. el. kontroly, bude ze servisních zásahů uvedena cena a četnost pouze za tento. Pravidelný servisní zásah se provádí pouze pokud je vyžadován výrobcem či platnou legislativou. Servisní zásah na základě poruchy se hradí dle hodinové sazby servisního technika a nákladů na dopravu. U servisních zásahů, které se nebudou provádět, uveďte v servisní smlouvě i v krycím listu četnost 0 za rok a částku 0,- Kč bez DPH.

2. Zadavatel administrativním pochybením uvedl v příloze č. 1 Krycí list nabídkové ceny požadavek na maximální a nepřekročitelnou celkovou nabídkovou cenu.

Zadavatel upravil přílohu č. 1 – Krycí list nabídkové ceny.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD. Č. 1 je upravená Příloha č. 1 - Krycí list nabídkové ceny (100123).

Seznam příloh:

Příloha č. 1- Krycí list nabídkové ceny (100123)