

V Olomouci 8.6.2023

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu**  
VZ-2023-000719 - Hydromasážní vana

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 6. 2023

**Dotaz:**

Mohu nabídnout židli bez kruhu na nohy a nepojízdnou zato však výškově nastavitelnou, kterou k vanám na HK už desítky let dodáváme?

Pojízdná židle s chromovou konstrukcí a kruhem pro nohy je pro klienty celkem nešťastná volba.

**Odpověď:**

Zadavatel trvá na dodání pojízdné židle s chromovou konstrukcí a kruhem pro nohy, a to kvůli pacientům, kteří mají hůře pohyblivé dolní končetiny. Pojezd je využíván pro lepší manipulaci s indisponovanými pacienty.