

V Olomouci 17.7.2023

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu
VZ-2023-000864 - EKG holter - Neurologická klinika

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 13. 7. 2023

Dotaz:

Rádi bychom Vám nabídli moderní EKG Holter výrobce Schiller (Švýcarsko). Vy ovšem vypisujete zakázku na jednoho výrobce. Takové zakázky se prostě nemůžeme zúčastnit přesto, že nabízíme mnohem lepší systém za srovnatelnou cenu.

Např.:

- délka záznamu může být až 14 dní, bez nutnosti výměny baterie v záznamníku EKG Holteru! (vy požadujete 24 hodin)
- vzorkovací frekvence 32 000 Hz! (požadujete 175 Hz?!, tahle hodnota se nedá nazvat ani jako podprůměrná)
- rozlišení 15,5 bitů (požadujete 10 bitů)
- záznamník má OLED displej (požadujete LCD)
- SW nabízíme standardně se síťovou licencí. SW tak může používat více ambulancí!
- SW např. umožňuje přímou detekci fibrilace síní (!), ST analýzu, analýzu QT, časovou i frekvenční analýzu variability SF, analýzu činnosti kardiostimulátoru, ...

Avšak požadujete taky: *Přístroj musí(!) být kompatibilní se stávajícím SW BTL CardioLab.* To přece může splnit pouze BTL, tak nechápu, proč vypisujete zakázku a nekoupíte si to přímo. Zákon to bez problémů umožňuje.

Doporučuji Vám zrušit výběrové řízení a vyzkoušet sestavu EKG Holter od nás!!!

Odpověď:

Zadané parametry jsou stanovené jako minimální.

Zadavatel z důvodu ochrany investic a komplexnosti celého systému záznamů EKG požaduje kompatibilitu se stávajícím systémem. Kromě zvýšených pořizovacích nákladů by při výměně a zavádění nového systému došlo k velkým provozním potížím

Pacienti jsou sledováni v horizontu několika let a v jejich průběhu je nutné porovnání výsledků z jednotlivých měření – stanovení trendů. Výsledky se sledují napříč klinikami a není možné, aby každá klinika měla jiný SW s jinou databází.

Zadavatel má na stávajícím systému běžící klinické studie. Při změně dodavatele by došlo k narušení kontinuity výzkumu.

Zadavatel postupuje v souladu se svými interními předpisy pro zadávání veřejných zakázek.