

Vážení,

Fakultní nemocnice Olomouc jako zadavatel si Vás tímto v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek dovoluje pozvat k účasti na předběžné tržní konzultaci (dále jen „PTK“) k připravované veřejné zakázce:

Genetický analyzátor pro sekvenování nové generace (NGS) kompaktního formátu.

Bude-li mít zájem účastnit se PTK i jiný dodavatel než přímo oslovený, musí tento dodavatel požádat o účast na PTK nejpozději do 18.8. 2023 na email: pavel.dockal@fnol.cz.

PTK bude probíhat ve dvou fázích a to, předmětem PTK bude v první fázi:

1. Testovací provoz potenciálního sekvenátoru
2. Testování 12 ks knihoven, které dodá zadavatel, dle následujících požadavků:
 - a. 7 typů různých knihoven připravených pro Illumina NGS platformu (s P7 a P5 adaptory)
 - b. Délka čtení 2 x 151 bp
 - c. Indexy: dual 8 bp
 - d. Výstup: >42 GB
 - e. Kapacita runu >300 M readů
 - f. Možnost pracovat s knihovnami o koncentraci <4 nM
 - g. Dodání výstupu formou FASTQ
 - h. Dodání parametrů běhu přímo z přístroje (doba analýzy, instrument number, instrument type, run ID, yield (bp), yield (reads), error rate, %>Q30, reads passing filter (%), phasing/prephasing (%), intensity)

První fáze proběhne v místě určeném uchazečem za účasti zástupců zadavatele. Uchazeč provede testování na vlastním zařízení a uhradí všechny náklady spojené s testováním.

V druhé fázi proběhne ústní PTK v sídle zadavatele, uchazeč musí zaslat výsledky z první fáze min. 3 pracovní dny před konáním ústní PTK. Ústní PTK proběhne v týdnu 4.-8.9.2023, termín upřesněte emailem na pavel.dockal@fnol.cz v průběhu první fáze testování. Druhá fáze se skládá z:

3. Navržení vhodné strategie sekvenování (nákup sekvenátoru vs zápůjčka) v návaznosti na počet výkonů, předpokládaný nárůst a frekvenci vyšetření (přiložený excel). Nutný vázaný spotřební materiál k přístroji (labware).
4. Obchodní podmínky: termín dodání, platební podmínky, zodpovědnost za vady, servisní podpora, vyhrazené změny závazku a délka trvání a ukončení smlouvy.
5. Nutná stavební připravenost – chlazení místnosti, rozměry, odtah, nosnost podlah, elektrické zdroje, UPS atd...
6. IVD vs IVD-R vs non-IVD verze přístroje a spotřebního materiálu
7. Požadavky IT nabídka výstupů, uvedení všech nabízených druhů analýz a jejich cenová nabídka. A specifikace HW vybavení nezbytně nutného pro provoz zařízení.
8. Cena za 1GB vyprodukovaných dat?

Z průběhu první i druhé fáze PTK bude pořízen písemný zápis – písemný protokol, který bude následně podepsán jednajícími stranami.

Zadavatel následně začlení výsledné informace z PTK do zadávací dokumentace s označením těchto informací a identifikací dodavatele, který se na PTK podílel.

PTK bude vedena v českém jazyce. Zadavatel si vyhrazuje právo v případě potřeby PTK opakovat, případně vyzvat dodavatele k dodatečnému písemnému vyjádření. Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo nastavit zadávací podmínky dle svého uvážení a na základě dodavateli (účastníky PTK) podaných informací v rámci PTK.