

V Olomouci 15. 2. 2023

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

VZ-2024-000149 - Embolizační spirály mechanicky odpoutatelné

DOTAZ č. 1:

Zadavatel ve Příloze č. 5, Tabulce splnění minimálních technických podmínek, uvádí, že minimální délky spirál musí činit 7 a 14 mm pro každý specifikovaný průměr.

Vzhledem k tomu, že délka spirál bývá obvykle měřena v centimetrech a délky spirál, které se běžně nabízí na trhu, výrazně přesahují uvedené velikosti, rádi bychom ověřili relevanci tohoto kritéria.

Bude zadavatel akceptovat délky spirál 20 cm pro průměr 6 mm; 30 cm pro průměry od 8 do 14 mm; 40 cm pro průměry 16 a 18 mm a 50 cm pro průměr 20 mm?

ODPOVĚĎ:

1. Zadavatel administrativním pochybením uvedl požadavek délek spirál v mm, správně má být uveden v cm, tzn. - škála délek spirál min.: 7 a 14 **cm** pro každý uvedený \emptyset

2. Zadavatel **nebude akceptovat** délky spirál 20 cm pro průměr 6 mm; 30 cm pro průměry od 8 do 14 mm; 40 cm pro průměry 16 a 18 mm a 50 cm pro průměr 20 mm.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 5 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(150224)

Seznam příloh:

Příloha č. 5 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(150224)