

V Olomouci 11. 3. 2023

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce
VZ-2024-000196 - Injektory jednorázové endoskopické

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 6.3.2024

DOTAZ:

Povolí objednatel injekční jehlu 21G s tloušťkou jehly 0,8 mm a hloubkou vpichu 4 mm nebo 6 mm nebo injekční jehlu 23G s tloušťkou jehly 0,6 mm a hloubkou vpichu 4 mm nebo 6 mm?

ODPOVĚĎ:

Tazatelem uváděné injekční jehly 21G s tloušťkou jehly 0,8 mm a hloubkou vpichu 4 mm nebo 6 mm a injekční jehly 23G s tloušťkou jehly 0,6 mm a hloubkou vpichu 4 mm nebo 6 mm splňují zadavatelem stanovené minimální technické požadavky na délku jehly a vnější průměr jehly a při splnění ostatních parametrů je lze akceptovat. Zadavatel však upozorňuje, že mimo uvedených trvá i na nabídce s vnějším průměrem 25G (0,5mm) a 26G (0,4mm) s délkou jehly min. 1,8 mm až 6 mm.