

V Olomouci 12. 3. 2023

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce**

VZ-2024-000219 – Myčky, část I – Dezinfektor podložních mís pro HOK

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 11.3.2024

**DOTAZ:**

v příloze č.2 Technická specifikace uvádí zadavatel v části I. požadavek : Příklad musí mít dotykový displej

Naše myčky mají ovládání co nejjednodušší, aby bylo možné myčku ovládat i v případě, kdy má personál ochranné pracovní pomůcky (rukavice), což s dotykovým displejem nelze a pro personál jde zpravidla o komplikaci.

Dotaz: Upraví zadavatel technickou specifikaci pro část I., aby bylo možno nabídnout myčku s klasickým kvalitním ovládáním (čtyři tlačítka)?

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel vyhovuje požadavku a bude v části I akceptovat nabídku zařízení s ovládáním pomocí tlačítek.

Zadavatel nad rámec dotazu upravuje požadavek na displej v tabulce minimálních technických podmínek i pro část II a III.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek část I,II,III(120324)

**Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 25.3.2024 do 10 hodin.**

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek část I,II,III(120324)