

V Olomouci 15. 3. 2023

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce**  
VZ-2024-000219 – Myčky, část I – Dezinfektor podložních mís pro HOK

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15.3.2024

**DOTAZ:**

ráda bych se dotázala na bod č. 3 v technické specifikaci veřejné zakázky „Myčky“, část 1, myčka pro Hemato – onkologickou kliniku.

V tomto bodě je uveden požadavek na funkci chlazení a sušení nádob. Umožníte, prosím, nabídnout myčku, která nádoby zcela ochladí a částečně vysuší?

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel bude akceptovat nabídku zařízení, které nádoby zcela ochladí a částečně vysuší. Pro uživatele je důležité, aby nádoby nebyly po skončení cyklu zcela mokré a plné vody.