

V Olomouci 15. 3. 2023

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce**  
VZ-2024-000223 - Štěrbínová lampa

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 14.3.2024

**DOTAZ č.1:**

Zadavatel dle tabulky splnění minimálních technických podmínek požaduje, aby lampa měla možnost rozšíření o videomodul pro dodatečnou digitalizaci.

Jaké minimální rozlišení v MPx musí mít videomodul pro dodatečnou digitalizaci?

**ODPOVĚĎ č.1:**

Lampa musí mít možnost rozšíření o videomodul pro dodatečnou digitalizaci s min. rozlišením 5Mpx.

**DOTAZ č. 2:**

V tabulce technických požadavků na štěrbinovou lampu zadavatel požaduje posun základny štěrbinové lampy zepředu dozadu minimálně 90 mm, ze strany na stranu minimálně 100 mm, nahoru dolů minimálně 30 mm.

Námi nabízená štěrbinová lampa má posun základny zepředu dozadu 100 mm, ze strany na stranu 110 mm a nahoru dolů 25 mm.

Bude zadavatel akceptovat nabízené parametry a nevyločí účastníka z účasti na veřejné zakázce?

**ODPOVĚĎ č. 2:**

Zadavatel trvá na dodržení požadovaného parametru pohyb nahoru a dolů min. 30 mm. Rozsah min. 30 mm je důležitý z důvodu pohodlného vyšetřování sítnice jak pro pacienta tak pro lékaře, bez nutnosti změny a zásahu v polohování opěrky brady a přerušovaného vyšetření a ke spolehlivému biomikroskopickému vyšetření sítnice ve všech kvadrantech do nejzazší periferie.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění min technických podmínek(150324)

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění min technických podmínek(150324)