

V Olomouci 18. 3. 2023

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 k veřejné zakázce**  
VZ-2024-000223 - Štěrbínová lampa

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 15.3.2024

**DOTAZ č.1:**

v tabulce Příloha č.2 Tabulka splnění min.techn.podmínek je uvedena na řádce č. 19 - "červený filtr". Jedná se o ne zcela běžný požadavek na min.techn.vybavení štěrbinové lampy. trvá zadavatel na splnění tohoto parametru? Lze nahradit červený filtr Amber filtrem?

**ODPOVĚĎ:**

Zadavatel trvá na požadavku, aby byl součástí lampy i červený filtr, neboť se používá k odfiltrování červené složky světla, což usnadňuje pozorování vaskularizace, tedy cévních struktur v předním segmentu oka. Tento filtr pomáhá lékaři lépe vidět a hodnotit krevní cévy a případné krvácení v oku během vyšetření.