

V Olomouci 20. 3. 2023

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 k veřejné zakázce
VZ-2024-000223 - Štěrbínová lampa

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19.3.2024

DOTAZ:

mám dotaz k technické specifikaci řádek 32 "Součástí lampy musí být držák s digitálním aplanačním tonometrem, který je kompatibilní s příslušným přístrojem". Bude zadavatel akceptovat aplanační tonometr bez digitalizace? Ostatní parametry splňujeme.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel upravuje parametr u držáku lampy na: Součástí lampy musí být držák s aplanačním tonometrem, který je kompatibilní s příslušným přístrojem.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 4 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění min technických podmínek(200324)

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 2.4. 2024 do 10 hodin.

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění min technických podmínek(200324)