

V Olomouci 21. 3. 2023

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5 k veřejné zakázce

VZ-2024-000223 - Štěrbinová lampa

Zadavatel napravuje své pochybení, když zaměnil názvosloví barevných filtrů a poskytuje opravené odůvodnění k dotazu na červený filtr, které bylo součástí vysvětlení ZD č.3.

Zadavatel ve své odpovědi ve vysvětlení ZD č. 3 zaměnil červený filtr (red) propouštějící červenou složku barevného spektra za Red-free filtr (zelený filtr), který naopak pohlcuje červenou složku barevného světla a propouští zelenou složku.

DOTAZ z vysvětlení ZD č.3:

v tabulce Příloha č.2 TABulka splnění min.techn.podmínek je uvedena na řádce č. 19 - "červený filtr". Jedná se o ne zcela běžný požadavek na min.techn.vybavení štěrbinové lampy.

trvá zadavatel na splnění tohoto parametru? Lze nahradit červený filtr Amber filtrem?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel trvá na požadavku, aby byl součástí lampy i červený filtr (red), a to z důvodu zvyšujících se nároků na kvalitu vyšetření vyústění meibomských žláz, jejichž správná funkce je klíčová pro tvorbu kvalitního slzného filmu.

Amber (jantar) filtr, je filtr žluté barvy, který téměř kopíruje propustnost červeného filtru, ale navíc propouští i žluto-oranžové tóny, které mohou výsledný pozorovaný objekt zkreslovat, což není žádoucí.

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 4.4. 2024 do 10 hodin.