

V Olomouci 21. 3. 2024

Zadavatel:  
Fakultní nemocnice Olomouc  
Zdravotníků 248/7  
779 00 Olomouc

**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce**  
VZ-2024-000217 - Drenážní sety pro perkutánní drenáže

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 19. 3. 2024

**DOTAZ 1:**

Příloha č. 5 zadávací dokumentace, Tabulka splnění minimálních technický podmínek.  
Zadavatel mimo jiné požaduje následující délky katetrů: 20, 25, 30 a 35 cm.  
Bude zadavatel akceptovat nabídku katetrů v délkách: 20, 25, 30 a 40 cm?

**ODPOVĚĎ 1:**

Zadavatel bude akceptovat nabídku katetrů i v délkách: 20, 25, 30 a 40 cm.  
Účastník uvede tyto parametry do řádku do sloupce „Poznámka“ v příloze č. 5 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek s odkazem na toto vysvětlení ZD č. 1.

---

**DOTAZ 2:**

Návrh smlouvy o zřízení a vedení konsignačního skladu, článek III. Podmínky zřízení a vedení KS, bod č. 9.  
Provozovatel, s výslovným souhlasem konsignatáře, uzavře s konsignantem dohodu o pracovní činnosti. Zadavatel dále požaduje, aby konsignant zajistil pro provozovatele pojištění odpovědnosti. Domníváme se, že oběma smluvním stranám by měla být ponechána volnost v určení podmínek vzájemného vztahu. Žádáme tímto zadavatele o odstranění požadavku na sjednání pojištění odpovědnosti pro provozovatele.

**ODPOVĚĎ 2:**

Zadavatel si na znění smlouvy trvá, jedná se o standardní smluvní podmínky zadavatele.

---

**Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 2.4.2024 do 10 hod.**