

V Olomouci 28. 3. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce
VZ-2024-000246 – Koagulace

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27.3.2024

DOTAZ:

Žádáme zadavatele o vyjádření se k dotazům uchazeče:

Zadavatel stanovil a nepřekročitelnou hodnotu nabídkové ceny za pořízení a dodávku 2 ks přístroje ve výši 420 000,- Kč bez DPH

V popisu veřejné zakázky v části příslušenství jsou vyspecifikovány nástroje ze speciálních materiálů jako je wolfram a slitina stříbra. Tyto materiály jsou několika násobně dražší, než používaném klasické materiály jako je chirurgická ocel. Nástroje z ušlechtilých materiálů navyšují cenu oproti klasickým materiálům v hodnotě zakázky o 40 %.

V rámci zachování požadované úrovně příslušenství, která byla stanovena na základě lepších vlastností ušlechtilých materiálů jako je snížená lepivost tkáně na branžích pinzet, nebo minimální opotřebení přesných jehlových nástavců z wolframu navrhujeme zadavateli navýšení předpokládané ceny veřejné zakázky.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel si dále netrvá na maximální a nepřekročitelné hodnotě pořízení a dodávky 2 ks přístrojů ve výši 420 000,- Kč bez DPH.

Nedílnou součástí vysvětlení zadávací dokumentace je opravená příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny (280324).

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídky do 10.4.2024 do 10 hod.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídkové ceny (280324)