

V Olomouci 2. 4. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

VZ-2024-000258 - Kontejnery sterilizační včetně příslušenství pro ORTOP

Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 28.3.2024

DOTAZ č. 1:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje „Víka kontejnerů (vel. 1/1 a 1/2) musí mít integrovaný PTFE filtr validovaný na min. 5000 mycích a sterilizačních cyklů. (Týká se položek č. 1 a 4)“. Bude zadavatel akceptovat místo 1ks PTFE filtr na min. 5000 cyklů 3ks PTFE filtr na min. 2000 cyklů. (celkem tedy 6000 cyklů).

DOTAZ č. 2:

Rádi bychom zaslali nabídku, jelikož můžeme nabídnou výrobky té nejvyšší kvality. Prosíme proto o úpravu technických parametrů u filtru PTFE a to z požadovaných 5000 cyklů na 2000 cyklů.

Dále prosíme o vysvětlení, co je myšleno „plně kompatibilní se stávajícími kontejnery a příslušenstvím výrobce Aesculap“. Naše síta jdou vložit i do kontejnerů Aesculap. Nicméně víko a kontejner musí být vždy jeden výrobce.

ODPOVĚĎ:

Zadavatel bude akceptovat nabídku 3 ks PTFE filtrů s životností min. 2 000 sterilizačních cyklů na 1 filtr, tak aby bylo třemi kusy dodaných filtrů dosaženo minimálního pokrytí 5 000 sterilizačních cyklů.

Dodavatel, který bude nabízet víka s integrovaným filtrem pro pokrytí min. 2000 mycích a sterilizačních cyklů musí ke každému víku dodat min. 3ks filtrů.

Dodavatel, který bude nabízet víka s integrovaným filtrem pro pokrytí min. 5000 mycích a sterilizačních cyklů musí ke každému víku dodat min. 1ks filtru.

Dotčené pracoviště je vybaveno kontejnery Aesculap – plnou kompatibilitou zadavatel myslí možnost záměny vík nebo van kontejnerů mezi sebou v případě poškození některé z částí kontejneru (například dodané víko půjde použít na současnou vanu, u které bylo poškozeno víko).

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená:

Příloha č. 2 – Cenové ujednání (020424)

Příloha č. 4 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek (020424)

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 15.4.2024 do 10 hodin.