

V Olomouci 18. 4. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

VZ-2024-000294 - Nádoba pro skladování biologického materiálu v tekutém dusíku

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 18.4.2024

DOTAZ:

Dobrý den, v rámci technické specifikace požadujete akustický alarm signalizující nízkou hladinu tekutého dusíku.

Požadujete opravdu zařízení s alarmem hladiny s akustickým výstupem? Je možné nabídnout zařízení s jinou indikací hladiny?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel bude akceptovat nabídku i s jinou indikací hladiny tekutého dusíku.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění min technických podmínek(180424)

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 29. 4. 2024 do 10 hodin.

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění min technických podmínek(180424)