

V Olomouci 4. 7. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce

VZ-2024-000474 - Redukční ventily, regulátory podtlaku, průtokoměry kyslíku a zvlhčovače

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 4.7.2024

DOTAZ č. 1

- zadavatel v technické specifikaci v části 1.5 Technická specifikace bezpečnostních lahví proti přesátí k regulátorům podtlaku požaduje bezpečnostní láhev proti přesátí musí mít minimální objem 100 ml.

Naše bezpečnostní lahve dodávané napříč nemocnicemi nejen v ČR mají obsah cca 50 ml, bude zadavatel akceptovat takové řešení?

DOTAZ č. 2

- zadavatel v technické specifikaci v části 1.6 Technická specifikace zvlhčovačů k průtokoměrům kyslíku požaduje zvlhčovací láhev o minimálním objemu 200 ml.

Naše zvlhčovače dodávané napříč nemocnicemi nejen v ČR mají obsah 120 ml, bude zadavatel akceptovat takové řešení?

ODPOVĚď č. 1:

Zadavatel vyhovuje požadavku a bude akceptovat nabídku, kde účastník nabídne k regulátorům podtlaku bezpečnostní láhev proti přesátí s minimálním objemem 50 ml.

ODPOVĚď č. 2:

Zadavatel vyhovuje požadavku a bude akceptovat nabídku, kde účastník nabídne k průtokoměrům kyslíku zvlhčovací láhev s minimálním objemem 120 ml.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 1 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(040724)

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 15.7.2024 do 10 hodin.

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(040724)