

V Olomouci 9. 7. 2024

Zadavatel:
Fakultní nemocnice Olomouc
Zdravotníků 248/7
779 00 Olomouc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 k veřejné zakázce

VZ-2024-000474 - Redukční ventily, regulátory podtlaku, průtokoměry kyslíku a zvlhčovače

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 9.7.2024

DOTAZ:

Zadavatel v Příloze č. 2 Tabulka splnění minimálních technických podmínek, v části 1.3 Technická specifikace regulátorů podtlaku požaduje „*regulátor podtlaku musí mít otočný manometr*“.

Bude zadavatel akceptovat řešení, kde manometr není otočný?

ODPOVĚĎ:

Zadavatel vyhovuje požadavku a bude akceptovat nabídku, kde účastník nabídne regulátory u nichž manometr nebude otočný.

Nedílnou součástí vysvětlení ZD č. 2 je upravená Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(090724)

Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 22.7.2024 do 10 hodin.

Seznam příloh:

Příloha č. 2 - Tabulka splnění minimálních technických podmínek(090724)